



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**
University of the Peloponnese

24PROC014760463 2024-05-16

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αντικάλαμος, 24150 Καλαμάτα
Τ. 27210 45174, 45173, 45310

Γεώργιος Παναγόπουλος, g.panagopoulos@uop.gr
Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, k.andrianopoulou@uop.gr

Καλαμάτα, 15 Μαΐου 2024

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

**Χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2^α άρθρου 32 του ν. 4412/2016)
Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής Γεωπονίας &
Τροφίμων και του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας
[ΟΜΑΔΑ 1 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ]
8/2024 [α/α ΕΣΗΔΗΣ 350632]**

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2/Α'/1-2-2000) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ Α') "Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις".
4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.7.2022 τ Α') «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.» ιδίως την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 14.
5. Την υπ' αριθ. 8593/27.10.2022 (ΦΕΚ 1150/02.12.2022 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία διαπιστώνεται η Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6. Το υπ' αριθμ. 1175 ΦΕΚ /τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ /17-12-2022 Περί Διαπιστωτικής Πράξης Εκλογής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
7. Την υπ' αριθμ. 26/19/15-2-2024 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ αξιολόγησης των Ομάδων 1, 2 & 3 του διαγωνισμού 11/2023 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6ΤΓ4469Β7Δ-7ΚΥ),
8. Το **πρωτογενές αίτημα** 12350/28-11-2023 (23REQ013847288) του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας [Ομάδα 1-Εργαστηριακοί πάγκοι],
9. Την **απόφαση ανάληψης υποχρέωσης** 656/1-12-23 για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013875771, ΑΔΑ ΨΗ95469Β7Δ-ΕΟΣ)

Προσκαλεί

Σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, **κάθε ενδιαφερόμενο** (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2^α του ν. 4412/2016) να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων σε εργαστήρια των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων & Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, **με έδρα τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο**, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ	ΠΡ/ΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	CPV
ΟΜΑΔΑ 1	Εργαστηριακοί Πάγκοι	1.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ	12.000,00	2.880,00	14.880,00	39181000-4

Η παρούσα προμήθεια αφορά το άγωνα μέρος της διακήρυξης 11/2023 με αρ. πρωτ. 14237/15-12-2023 και συστηματικό αριθμό 281155 (23PROC013978202) σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αριθμό 26/19/15-2-2024 (ΑΔΑ: 6ΤΓ4469Β7Δ-7ΚΥ).

Η δαπάνη βαρύνει τον **Κωδικό 1429** του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο της **προμήθειας και τοποθέτησης** των εργαστηριακών πάγκων σε εργαστήρια που θα υποδειχθούν από τους Υπεύθυνους των Τμημάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα μεταφοράς), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Αρμόδιοι για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι:



- Ο κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος (Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας) τηλ. 27210 45308 και email gpanouts@uop.gr
- Ο κ. Ιωακείμ Σπηλιόπουλος (Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων), τηλ. 27210 45181 και email i.spiliopoulos@uop.gr

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης των εργαστηριακών πάγκων.

- Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
- Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την προαναφερθείσα διεύθυνση.
- Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως τα άρθρα 36 & 37.

Οι προσφορές υποβάλλονται έως τις 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59.

Η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβληθούν θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης και θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλλει με την προσφορά του τα ακόλουθα:

Α. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

Συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθούν:

1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: **α) δεν βρίσκονται** σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (παρ. 2.2.3 της διακήρυξης 11/2023) και **β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής** του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 (παρ. 2.2.4 & 2.2.7 της διακήρυξης 11/2023), **προσκομίζουν** κατά την



υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 **Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)**, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος II.

2. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής** σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και υπέρ του συμμετέχοντος, ύψους 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού **€240,00**.

3. **Υπεύθυνη Δήλωση** του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:

- αποδέχονται πλήρως τους όρους της υπ' αριθμ. 8/2024 πρόσκλησης,
- η προσφορά τους ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
- τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει είναι αληθή,
- βεβαιώνεται η ακρίβεια των ιδιωτικών εγγράφων που κατατίθενται η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

4. **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης**

- **σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, **στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο** και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ).
- **Στις λοιπές περιπτώσεις** τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Επισήμανση: τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία **απαιτείται** να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το ν. 4250/2014 (π.χ. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής, κ.α.) προσκομίζονται **υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο**.

Τα ανωτέρω πρωτότυπα δικαιολογητικά να αποσταλούν στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2^{ος} όροφος



Τ.Κ 24150, Καλαμάτα
 Τηλ. 27210 45174, 45173, 45310
 Αρμόδιος: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αριθμό 8/2024 για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για την ΟΜΑΔΑ 1 – Εργαστηριακοί Πάγκοι»

Β. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εάν στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα δεν αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, ο υποψήφιος υποβάλλει και το υπόδειγμα του Παραρτήματος II ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παράδοση των αγαθών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)

Μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του ν. 4412/2016 θα προσκομιστούν από τον οικονομικό φορέα, και ύστερα από πρόσκληση, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε δύο υποφακέλους, πρωτότυπα και αντίγραφα. Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν είναι τα εξής:

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου**, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.
2. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων **αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**



3. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης **πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ**, καθώς και **υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης** (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Επιπλέον, **Υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
4. **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις **ΙΚΕ** προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις **ΕΠΕ** προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
5. **Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
6. **Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.**, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
7. **Υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
8. **Υπεύθυνη δήλωση**, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
9. **Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο**, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο). Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η., πρβλ. εγκύκλιο – Οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρ. πρωτ. 39937 – 28/04/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ).

Σημείωση: οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.



4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και εγκαταστήσει τα αγαθά σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί από την υπογραφή του συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1	Εργαστηριακοί Πάγκοι	2 μήνες	1 μήνας	3 μήνες

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση **εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. **Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.**

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Κατσής
Καθηγητής



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμμορφώνονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. Όλοι οι όροι είναι υποχρεωτικοί και απαραίτατοι.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ ψηφιακά υπογεγραμμένο, ο οποίος αποτελεί μέρος του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

ΟΜΑΔΑ 1 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Α. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

1ος Πάγκος

Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 8000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.

2ος Πάγκος

Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 7000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.

3ος Πάγκος

Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 8000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.



Στο άκρο του πάγκου να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου, πάνω στην επιφάνεια του HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμειξέως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση. Κάτω από το τμήμα του πάγκου που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί: ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη. Το συνολικό μήκος του πάγκου μαζί με τη γούρνα θα πρέπει να είναι οκτώ (8) μέτρα.
Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.

B. Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας

B1. Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών πάγκων

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών εργαστηριακών πάγκων διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο

θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.

Στο μέσον κάθε πάγκου από τους ανωτέρω να τοποθετεί ηλεκτρολογικό "μανιτάρι" με δύο μπρίζες σούκο το κάθε ένα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

B2. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επίτοιχου πάγκου

Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο

θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.

Στον τοίχο να τοποθετηθεί ηλεκτρολογικό κανάλι με δύο μπρίζες σούκο.

Στο άκρο του πάγκου να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου πάνω σε επιφάνεια από HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμειξέως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.

Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών πάγκων

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών εργαστηριακών πάγκων διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) των οποίων η μια πλευρά στη διάσταση των 700 mm θα ακουμπά σε τοίχο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.

Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, τοποθετούνται ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.

Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από



HPL.

Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.

Στο μέσον κάθε πάγκου από τους ανωτέρω να τοποθετεί ηλεκτρολογικό "μανιτάρι" με δύο μπρίζες σούκο το κάθε ένα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Στο άκρο κάθε πάγκου και στην πλευρά που είναι στον τοίχο να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου πάνω σε επιφάνεια από HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμείξεως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί: ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη. Το συνολικό μήκος κάθε πάγκου μαζί με τη γούρνα θα πρέπει να είναι 2,5 μέτρα.

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Σύνολο
	ΣΥΝΟΛΟ			
	ΦΠΑ 24%			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Συνολική Καθαρή Αξία ολογράφως:

Ημερομηνία:

Υπογραφή υποψηφίου οικονομικού φορέα



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ				
Α. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων				
A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ος Πάγκος				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 8000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	ΝΑΙ		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	ΝΑΙ		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	ΝΑΙ		
4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	ΝΑΙ		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	ΝΑΙ		
2ος Πάγκος				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 7000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	ΝΑΙ		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	ΝΑΙ		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	ΝΑΙ		



4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	NAI		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	NAI		
3ος Πάγκος				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 8000x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	NAI		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	NAI		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	NAI		
4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	NAI		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	NAI		
6	Στο άκρο του πάγκου να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου, πάνω στην επιφάνεια του HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμείξεως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση. Κάτω από το τμήμα του πάγκου που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί: ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη. Το συνολικό μήκος του πάγκου μαζί με τη γούρνα θα πρέπει να είναι οκτώ (8) μέτρα.	NAI		
7	Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.	NAI		



Β. Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας				
Β1. Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών πάγκων				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών εργαστηριακών πάγκων διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	NAI		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	NAI		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	NAI		
4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	NAI		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	NAI		
6	Στο μέσον κάθε πάγκου από τους ανωτέρω να τοποθετεί ηλεκτρολογικό "μανιτάρι" με δύο μπρίζες σούκο το κάθε ένα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.	NAI		
Β2. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επίτοιχου πάγκου				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση επίτοιχου εργαστηριακού πάγκου διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	NAI		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	NAI		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, να έχουν τοποθετηθεί ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	NAI		



4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	NAI		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	NAI		
6	Στον τοίχο να τοποθετηθεί ηλεκτρολογικό κανάλι με δύο μπρίζες σούκο.	NAI		
7	Στο άκρο του πάγκου να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου πάνω σε επιφάνεια από HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμείξεως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη.	NAI		
8	Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.	NAI		
Γ. Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών πάγκων				
1	Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κεντρικών εργαστηριακών πάγκων διαστάσεων 2500x900x700 (μήκος x ύψος x βάθος) των οποίων η μια πλευρά στη διάσταση των 700 mm θα ακουμπά σε τοίχο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:	NAI		
2	Βάση από μεταλλικό σκελετό αποτελούμενο από κοιλοδοκό βαρέως τύπου με ηλεκτροστατική βαφή προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή οξειδώσεων.	NAI		
3	Στο κάτω μέρος του μεταλλικού σκελετού, για την τέλεια οριζοντίωση του πάγκου, τοποθετούνται ρεγουλατόροι βαρέως τύπου.	NAI		
4	Στο επάνω μέρος του πλαισίου να τοποθετηθεί σταθερά επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από HPL.	NAI		
5	Σε απόσταση 40 εκατοστών κάτω από την επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ράφι από HPL βάθους 50 εκατοστών το οποίο θα πρέπει να είναι αναρτημένο στον μεταλλικό σκελετό και τοποθετημένο στο πίσω μέρος του πλαισίου.	NAI		



6	Στο μέσον κάθε πάγκου από τους ανωτέρω να τοποθετεί ηλεκτρολογικό "μανιτάρι" με δύο μπρίζες σούκο το κάθε ένα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.	NAI		
7	Στο άκρο κάθε πάγκου και στην πλευρά που είναι στον τοίχο να τοποθετηθεί μια (1) ανοξείδωτη γούρνα διαστάσεων 40x40cm περίπου πάνω σε επιφάνεια από HPL. Στην επιφάνεια εργασίας να τοποθετηθεί ένας (1) κρουνός αναμείξεως ζ/κ νερού, ειδικός για εργαστηριακή χρήση.	NAI		
8	Κάτω από την επιφάνεια εργασίας που βρίσκεται η γούρνα να τοποθετηθεί: ένα (1) ντουλάπι (γούρνας) από μελαμίνη. Το συνολικό μήκος κάθε πάγκου μαζί με τη γούρνα θα πρέπει να είναι 2,5 μέτρα.	NAI		
9	Ο προμηθευτής θα αναλάβει τη σύνδεση με την παροχή του νερού και την αποχέτευση.	NAI		

Στον πίνακα θα πρέπει να υπάρχει απάντηση «ΝΑΙ» σε όλες τις απαιτήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η προσφορά απορρίπτεται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

